



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT SUPPORT CENTRE 1
Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội * ĐT: (024)3756 7285 / Fax: (024) 3756 4244 * www.smedec.gov.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
MEASUREMENT & TESTING CERTIFICATE

Số (N°): TN.92.21

Tên đối tượng (Object): Cân đĩa điện tử

Kiểu (Type): **TPS3PSW**

Nơi sản xuất (Manufacture): Ningbo Yuner International Trading Co.Ltd – Trung Quốc

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Specification):

Max:	3000 g	Cấp chính xác:	3
Giá trị độ chia kiểm:	1 g	Kích thước cân:	(315 x 280 x 105) mm
Min:	20 g		
Bộ chỉ thị:	01 bộ do hãng Ningbo Yuner Interational Trading Co.Ltd – Trung Quốc sản xuất đồng bộ		
Loadcells:	Ký hiệu: L6D; capacity: 5 kg; Do hãng Zemic (Trung Quố sản xuất số lượng: 01 bộ		
Đĩa cân	inox dày 1.5 mm kích thước (230 x 280) mm		

Cơ sở sử dụng (Customer): Công ty Cổ phần Cân điện tử Thịnh Phát

57 Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Phương pháp thực hiện (Method of testing): ĐLVN 100:2002

Kết quả (Results): Xem biên bản thử nghiệm số 92/BBTN-2021

P.Trưởng phòng thí nghiệm
(Head of the calibration Laboratory)

Lê Danh Huy

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021
(Date of issue)

GIÁM ĐỐC
Director



Nguyễn Trọng Lợi

Trang:

(N° of pages)

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận hiệu chuẩn có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 1 (SMEDEC1)